

お客様各位





株式会社ニチレイバイオサイエンス  
〒104-8402 東京都中央区築地 6-19-20**「イムノファイン™ アデノ」付属品 滅菌綿棒変更のお知らせ**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より格別の御引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、アデノウイルスキット「イムノファイン™ アデノ」の滅菌綿棒を植毛タイプの綿棒に変更いたします。  
変更内容の詳細は下記をご参照ください。  
尚、滅菌綿棒以外の製品内容および使用方法、性能につきましては、変更ございません。

本件につきまして、ご不明な点などがございましたら、医薬品卸または下記「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。  
今後とも弊社製品への倍日のお引き立てを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

販売名	イムノファイン™ アデノ	
商品コード	522091（変更なし）	
JANコード	4987780876741（変更なし）	
変更開始製造番号	NA21022	
出荷開始時期	2021年8月上旬以降	
キット変更内容	変更前	変更後
滅菌綿棒の形状・材質	  綿球タイプ	  植毛タイプ® (Copan社製咽頭用滅菌綿棒)

## 【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニチレイバイオサイエンス 迅速診断薬事業部  
お問い合わせフォーム：[https://www.nichirei.co.jp/form/form\\_EIA](https://www.nichirei.co.jp/form/form_EIA)  
お問い合わせ電話番号：03-3248-2228  
お問い合わせ受付時間：平日 10時～16時 30分  
ホームページ：<https://www.nichirei.co.jp/bio/>

※現在、弊社では、新型コロナウイルスの流行に伴い、在宅勤務を実施しております。  
この為、誠に恐れ入りますが、お問い合わせ等につきましては、上記の「お問い合わせフォーム」をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。